

Отзыв на ультразвуковой аппарат «CHISON Qbit 11»

В ветеринарной клинике «Ирбис» в городе Омске в кабинет УЗИ диагностики с 10.11.2020 по 19.11.2020 был поставлен на апробацию ультразвуковой аппарат CHISON Qbit 11

На аппарате работал 1 специалист по направлению гинекология, абдоминальные исследования.

При работе использовались ультразвуковые датчики:

Датчик микро-конвексный

Датчик фазированный секторный

Датчик линейный

За время работы на аппарате хочется отметить хорошую визуализацию в В-режиме и в режиме доплера. Машина обладает высокой разрешающей способностью, изображение четкое, удобное для работы, большой монитор совместно с увеличением изображения позволяет более детально рассмотреть более мелкие структуры. Отмечается удобство в использовании, возможность настройки аппарата для каждого оператора с сохранением настроек. Панель управления аппарата расположены удобно, и не требуют долгих разбирательств и запоминаний. Сенсорная панель отлично реагирует на прикосновения, что очень важно. Большинство настроек можно быстро и легко изменить с помощью сенсорной панели, что ускоряет работу и снижает время работы с беспокойными животными. В аппарате есть подогрев для геля, что так же позволяет снизить стресс у животных. Встроенная память позволяет сохранять и вести свою базу данных, с удобным поиском пациента, даже не внося его в системы ветеринарного менеджмента.

Ультразвуковой сканер CHISON Qbit 11 действительно отличный аппарат, соответствует всем заявленным характеристикам. Очень доволен работой данного аппарата.

